



**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku**
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Białystok, dnia 30.04.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę jałowych wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej

Nr sprawy Z0/7/2025

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w związku z faktem iż wstrzykiwacz Medrad Stellant generuje ciśnienie rzędu 325PSI, które przy niektórych wstrzyknięciach może ten poziom jeszcze przekraczać, Zamawiający oczekuje dostarczenia materiałów eksploatacyjnych (Zestawów 12h i drenów przeznaczonych do tych zestawów) o nominalnej wytrzymałości ciśnieniowej co najmniej 350PSI tak jak określa to producent wstrzykiwacza w instrukcji obsługi urządzenia?

Odpowiedź: Nie powinno być niższe niż 350 PSI

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Szpitala
Miejskiego im. PCK
w Białymstoku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku
mgr Elżbieta Cierajko