

**PN-EN ISO
9001:2015**



**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku**
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Białystok, dnia 29.04.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: „*Dostawa jałowych wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej*”, Nr sprawy ZO/5/2026

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w poz.3 zał nr 2 miał na myśli zabezpieczenie wkładów kapturkami antykontaminacyjnymi? Złącze multiguard występuje jedynie jako połączenie wkładów i drenów w systemie dwunastogodzinnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli kapturek ochronny zapobiegający kontaminacji.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwacza sterylizowanych metoda niewykorzystującą potencjalnie karcenogennego tlenu etylenu? Uzasadnienie: Sterylizacja promieniami gamma eliminuje ryzyko narażenia zdrowia pacjentów na rezydualne cząstki tlenu etylenu a co więcej personelu mającego kontakt z materiałami wielokrotnie w ciągu zmiany roboczej i setki razy w ciągu rok

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 3 zrezygnuje z wymogu posiadania ochronnej nakładki typu "multi-guard"?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku

Agnieszka Uszyńska