

**PN-EN ISO
9001:2015**



**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku**
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Białystok, dnia 04.05.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: „*Dostawa jałowych wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej*”, Nr sprawy ZO/5/2026

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1

Poz. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania zestawu 12godzinnych wkładów do wstrzykiwacza automatycznego Medrad Stellant CT, w skład którego wchodzi dren wielorazowego użytku zakończony złączem Mcon (zamiennik dla objętego patentem złącza MultiGuard).

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Poz. 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania drenu do wstrzykiwacza automatycznego Medrad Stellant CT zakończony złączem Mcon (zamiennik dla objętego patentem złącza MultiGuard).

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Poz. 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania jednorazowego, sterylnego zestawu wkładów z tłokiem, kompatybilnego ze wstrzykiwaczem MEDRAD Stellant CT Dual, w skład którego wchodzi 2 wkłady o poj. 200 ml, każdy zabezpieczony ochronną nakładką zabezpieczającą przypadkowemu zanieczyszczeniu po wyjęciu z jałowego opakowania, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem "T" o dł. ok 150 cm, złącza szybkiego napełniania i ostrza spike

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Poz. 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania jednorazowego, sterylnego zestawu wkładów z tłokiem, kompatybilnego ze wstrzykiwaczem MEDRAD Stellant CT Dual, w skład którego wchodzi 2 wkłady o poj. 200 ml, każdy zabezpieczony ochronną nakładką zabezpieczającą przypadkowemu zanieczyszczeniu po wyjęciu z jałowego opakowania, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem "Y" o dł. ok 150 cm, 2x złącza szybkiego napełniania i 2x ostrza spike.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku

Agnieszka Uszyńska